

外用殺菌消毒剤

飲用不可



火気厳禁

アルコール類  
危険等級Ⅱ  
水溶性

# 消毒用エタライトB液

## Ethalight B Solution for Disinfection

# 500mL

月 日 開 封

月 日 期 限

使用期限(上段)、製造番号  
(下段)は底面に記載

製造販売元  
**ヤクハン製薬株式会社**  
北海道北広島市北の里 27 番地



キャップ:PP  
容器:PE

販売元  
**日医工株式会社**  
富山市総曲輪1丁目6番21

※2014年5月改訂(第4版) 貯 法 遮光した気密容器、火気を避けて保存  
2008年8月改訂 使用期限 容器底部に記載

**【禁 忌】(次の部位には使用しないこと)**  
損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有するので]

**【組成・性状】**本品は定量するとき、エタノール(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O) 76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイノプロパノール、青色1号を含む。本品は淡青色澄明の液で、特異なおいがある。

**【効能・効果】**【用法・用量】

<b>効能・効果</b>	手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒
<b>用法・用量</b>	本品をそのまま消毒部位に塗布する。

**【使用上の注意】**

**1. 重要な基本的注意**

- (1) 眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。[エタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

**2. 副作用** 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過 敏 症 <sup>(※1)</sup>	発疹等
皮 膚 <sup>(※2)</sup>	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には  
使用を中止すること。

**3. 臨床検査結果に及ぼす影響**

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

**4. 適用上の注意**

(1) 投与経路 外用にのみ使用すること。

(2) 使用時

- 1) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 2) 本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。
- 3) 引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。また、電気メスによる発火事故が報告されているので、電気メス等を使用する場合には本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。

**5. その他の注意** 経皮的エタノール注入療法(PEIT)には使用しないこと。

**【薬効薬理】**

本剤は、使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等に有効であるが、細菌の芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

**【取扱い上の注意】**1. 飲用不可

- 2. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するために0.2~1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
- 3. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装力テール等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

※**安定性試験**: 最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、37ヵ月)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。<sup>1)</sup>

※ **【主要文献】**(1) ヤクハン製薬株式会社 社内資料:安定性試験  
※ **【文献請求先】**日医工株式会社 お客様サポートセンター 〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21  
☎(0120)517-215 Fax(076)442-8948

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21700AMZ00705000
薬価収載	2006年7月
販売開始	2005年10月

◀ 調剤包装単位用 ▶  
01204987376980081

◀ 販売包装単位用 ▶  
(17)000000(10)000000  
01204987376980040

GS1